

SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BVT - VTTBYT

Lào Cai, ngày tháng 7 năm 2024

V/v yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế tòa nhà 9 tầng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8), Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: ông Nguyễn Danh Tâm - Phó Trưởng phòng Vật Tư - TBYT. Điện thoại: 0979.331.355.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. (đối với trường hợp gửi bưu điện, thời gian Bệnh viện nhận được báo giá phải trước thời hạn gửi báo giá) tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8), Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai.

- Đồng thời gửi báo giá qua địa chỉ Email: nguyendanhtram@gmail.com; domanhbt@gmail.com.

Nội dung: Căn cứ yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tại công văn số:...../BVT - VTTBYT ngày.....tháng.....năm.....Chúng tôi Công ty.....có địa chỉ:..... Xin gửi báo giá thiết bị file scan báo giá gồm cấu hình cơ bản, cấu hình chi tiết, tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật Catalog tiếng Anh + tiếng Việt, Datasheet tiếng Anh + tiếng Việt, file mềm báo giá bản word hoặc excel và các file tài liệu liên quan khác đính kèm.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày tháng 7 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 19 tháng 7 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị: (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8), Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% hợp đồng sau khi hoàn thành công việc nghiệm thu, bàn giao.

5. Các thông tin khác (nếu có):

Hàng hóa mới 100% sản xuất năm 2023 trở đi

Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu)

Đơn vị cung cấp báo giá thực hiện theo biểu mẫu đính kèm (*Có biểu mẫu đính kèm*).

Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế sau thời gian bảo hành trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng.

Bệnh viện xin thông báo để các đơn vị được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thịnh

Mẫu báo giá

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan.

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Thành tiền ⁽⁹⁾ (VND)
1	Thiết bị A							
2	Thiết bị B							
n	...							

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan như Catalog tiếng Anh + tiếng Việt, Datasheet tiếng Anh + tiếng Việt của thiết bị y tế và các thiết bị phụ trợ khác. Các thiết bị phụ trợ khác yêu cầu chào có thông số kỹ thuật, model, hãng, nước sx)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm.....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽¹⁰⁾**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 10.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5),(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có).

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(10) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ*(Kèm theo văn bản chào giá số /BVT - VTTBYT ngày /7/2024)*

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Giường điện đa năng. (giường ICU 5 tư thế) hoạt động bằng điện		30	Chiếc
		<p>I. Thông tin chung: Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Khung giường: 01 Chiếc 2. Tấm đầu và cuối giường: 01 bộ 3. Thanh chắn 2 bên: 01 bộ 4. Cọc truyền dịch: 01 Chiếc 5. Bánh xe: 04 Chiếc 6. Nệm: 01 Chiếc 7. Bảng điều khiển tích hợp 2 bên tối thiểu: 04 Chiếc 8. Ấc quy dự phòng: 01 Bộ 9. Bàn ăn: 01 Chiếc <p>III. Đặc tính kỹ thuật: Điều chỉnh độ cao: Khoảng từ 530-830mm Điều chỉnh phần lưng Điều chỉnh phần gối Điều chỉnh xuôi/ngược Vật liệu tấm đầu giường và cuối giường bằng nhựa PP Vật liệu khung giường bằng thép Đường kính bánh xe tối thiểu 125 mm Điện áp hoạt động: 110-220VAC/ 50,60Hz</p>		
2	Tủ lạnh âm sâu		03	Chiếc
		<p>I. Thông tin chung: Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%</p>		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<p>Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <ol style="list-style-type: none"> Máy chính: 01 Cái Phụ kiện đi kèm 01 bộ Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 Bộ <p>III. Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>Dung tích tối thiểu: 714 Lít</p> <p>Dải nhiệt độ: Khoảng từ -80°C~-65°C</p> <p>Kệ: tối thiểu 4 cái</p> <p>Số lượng giá đỡ tối đa: 30 cái 16(4x4) - Giá đỡ (RFU5257)</p> <p>Nguồn điện : 1 Pha, AC 220-240V, 50/60Hz</p>		
3	Tủ lưu trữ máu		02	Chiếc
		<p>I. Thông tin chung:</p> <p>Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%</p> <p>Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <ol style="list-style-type: none"> Máy chính: 01 Cái Phụ kiện đi kèm 01 bộ Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 Bộ <p>III. Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>Dung tích tối thiểu: 600 Lít</p> <p>Cửa tối thiểu 1 cánh</p> <p>Dải nhiệt độ: Khoảng từ 2°C-10°C</p> <p>Chất làm lạnh: chất làm lạnh không chứa CFC (R-404A)</p> <p>Kệ: 5 cái</p> <p>Bộ ghi biểu đồ tích hợp: nhiệt độ, tối thiểu 60 biểu đồ</p> <p>Nguồn điện : 1 Pha, AC 220-240V, 50/60Hz</p>		
4	Kính hiển vi 2 mắt		01	Chiếc
		I. Thông tin chung:		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<p>Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%</p> <p>Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu âu).</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thân máy chính: 01 chiếc - Đầu lắp thị kính: 01 bộ - Thị kính 10X/20mm: 02 chiếc - Vật kính 4X, 10X, 40X, 100X: 04 chiếc - Mâm lắp vật kính: 01 chiếc - Bóng đèn LED: 01 chiếc - Bao che bụi: 01 chiếc - Dầu soi: 01 lọ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ 		
5	Tủ sấy		02	Cái
		<p>I. Thông tin chung:</p> <p>Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%</p> <p>Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485.</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thân máy: 01 cái 2. Phụ kiện đi kèm: 01 bộ 3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ <p>III. Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>Buồng làm việc được làm từ thép không gỉ đánh bóng</p> <p>Thể tích buồng tối thiểu: 220L</p> <p>Dải nhiệt độ: RT+10~200°C/RT+10°C~250°C</p> <p>Độ phân giải(Hiển thị): 0.1°C</p> <p>Độ ổn định nhiệt độ: ±1°C</p> <p>Giá: 2(cái)</p> <p>Nguồn điện: 220V, 50Hz</p>		

BẢNG CHÀO THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT	Nội dung yêu cầu của Báo giá	Nội dung báo giá	Tài liệu tham chiếu
1	Máy Số lượng:	Máy Số lượng: Model: Hãng sản xuất: Xuất xứ: Hãng chủ sở hữu (hãng/nước):	Đơn vị kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu.
I	Yêu cầu chung	Yêu cầu chung	
	-	-	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.
II	Yêu cầu cấu hình	Yêu cầu cấu hình	
	-	-	Đơn vị chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu.
III	Tính năng kỹ thuật	Tính năng kỹ thuật	
	-	-	Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.