

Số: /BVT-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá

Lào Cai, ngày tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua công cụ, dụng cụ phục vụ công tác sửa chữa trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8), Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông: Nguyễn Danh Tâm - Phó Trưởng phòng Vật Tư - TBYT. Điện thoại: 0979.331.355.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. (đối với trường hợp gửi bưu điện, thời gian Bệnh viện nhận được báo giá phải trước thời hạn gửi báo giá) tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8), Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai.

- Đồng thời gửi qua địa chỉ Email: nguyendanhnam@gmail.com; domanhbt@gmail.com.

Nội dung: Căn cứ yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tại công văn số:...../BVT - VTTBYT ngày.....tháng.....năm.....Chúng tôi Công ty.....có địa chỉ:..... Xin gửi báo giá thiết bị file scan báo giá gồm cấu hình cơ bản, cấu hình chi tiết, file mềm báo giá bản word hoặc excel và các file tài liệu liên quan khác đính kèm.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày ký.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị: (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị: Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8), Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% hợp đồng sau khi hoàn thành công việc nghiệm thu, bàn giao.
5. Các thông tin khác (nếu có):
Đơn vị cung cấp báo giá thực hiện theo biểu mẫu đính kèm (*Có biểu mẫu đính kèm*).
Bệnh viện xin thông báo để các đơn vị được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Huy

Mẫu báo giá

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị và dịch vụ liên quan.

STT	Danh mục thiết bị ²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Năm sản xuất ⁽⁴⁾	Xuất xứ ⁽⁵⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁶⁾	Đơn giá ⁽⁷⁾ (VND)	Thành tiền ⁽⁸⁾ (VND)
1	Thiết bị A						
2	Thiết bị B						
n	...						

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan như Catalog tiếng Anh + tiếng Việt, Datasheet tiếng Anh + tiếng Việt của thiết bị và các thiết bị phụ trợ khác. Các thiết bị phụ trợ khác yêu cầu chào có thông số kỹ thuật, model, hãng, nước sx)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm.....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,
nhà cung cấp⁽⁹⁾**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 9.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị tương ứng với chủng loại thiết bị ghi tại cột “Danh mục thiết bị”.

(4),(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có).

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(9) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

DANH MỤC CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

(Kèm theo văn bản chào giá số /BVT - VTTBYT ngày /9/2024)

TT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy đo liều xuất tia X và Gamma	<p>I. Thông tin chung: Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn: Máy chính: 01 máy Pin: 01 bộ Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ</p> <p>III. Đặc tính kỹ thuật: Dải đo: Suất liều tương đương: 0.1 μSv/h - 1 mSv/h liều tương đương: 0.1 μSv - 100 mSv Dải năng lượng tia X và gamma: 20 keV - 3 MeV Năng lượng tia Beta: 155 keV - 3.5 MeV Thời gian hoạt động liên tục trong điều kiện bình thường: \geq 500 h</p>	Chiếc	01
2	Máy quang phổ	<p>I. Thông tin chung: Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <ol style="list-style-type: none">Máy chính: 01 máyThiết bị giữ nhiều loại cốc: 01 bộCốc đo mẫu bằng thủy tinh 1 inch (đáy vuông): 02 cáiDây nguồn: 01 bộHướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 Bộ	Chiếc	01
3	Máy đo các thông số của nước chảy thận nhân tạo	<p>I. Thông tin chung: Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p>	Chiếc	01

		<p>Máy chính: 01 máy</p> <p>Cảm biến: 01 Bộ</p> <p>III. Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>Đo 3 thông số nước lọc thận: Độ dẫn, nhiệt độ, áp suất.</p> <p>1. Đo độ dẫn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dải đo: 0 - 30mS/cm - Độ chính xác: <p>0 đến 199 uS/cm +/- 0.6 uS/cm 200 đến 1999 uS/cm +/- 6 uS/cm 2 đến 11.99 mS/cm +/- 0.06 mS/cm 12 đến 15.99 mS/cm +/- 0.03 mS/cm 16 đến 30 mS/cm +/- 0.06 mS/cm</p> <p>2. Nhiệt độ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dải đo: 0 - 100°C - Độ phân giải: 0,01°C - Độ chính xác: <p>±0,05°C trong khoảng 25 - 40°C ±0,1°C ngoài khoảng đo trên</p> <p>3. Đo áp suất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đơn vị đo (lựa chọn được): mmHg, kPa, mbar, psi - Dải đo: -700 đến 1900mmHg (2,5 bar) - Độ phân giải: 0,1 mmHg - Độ chính xác: <p>±1 mmHg trong khoảng 0 đến 300 mmHg ±2 mmHg ngoài khoảng đo trên</p>		
4	Máy hàn	<p>I. Thông tin chung:</p> <p>Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 18 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <p>Máy chính: 01 máy</p> <p>Súng hàn 4M + Kẹp mát 3M: 01 bộ</p> <p>Dây hơi đơn phi 6: 01 bộ</p> <p>Bình khí và van điều áp: 01 Bộ</p>	Chiếc	01
5	Máy nén khí không dầu	<p>I. Thông tin chung:</p> <p>Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <p>Máy chính: 01 máy</p> <p>III. Đặc tính kỹ thuật:</p>	Chiếc	01

		<p>Điện áp: 220VAC/50Hz</p> <p>Công suất (Hp) tối thiểu: 6 HP</p> <p>Lưu Lượng tối thiểu: 420 lít/phút</p> <p>Dung tích bình tối thiểu: 150 lít</p> <p>Áp suất: 8 (kg/cm²)</p>		
6	Súng bắn bu lông ngắn	<p>I. Thông tin chung:</p> <p>Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <p>Máy chính: 01 máy</p> <p>III. Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>Áp lực hơi : 8-10kg/cm²</p> <p>Tốc độ không tải : 48.000 r.p.m</p> <p>Đầu khí vào : 1/4inch</p> <p>Lực siết tối đa : 1.800 N.m</p> <p>Khả năng vặn đến : 41 mm</p> <p>Đầu khí vào : 1/2"</p> <p>Đầu dài trực : 1.5"</p>	Cái	02
7	Tủ đồ nghề 8 ngăn	<p>I. Thông tin chung:</p> <p>Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>Số ngăn: 8 ngăn</p> <p>Chất liệu Thép sơn tĩnh điện, Gỗ</p> <p>Bánh xe di chuyển 4 bánh</p> <p>Kích thước khoảng 111cm x 102cm x 46cm</p>	Cái	02
8	Tủ đựng linh kiện điện tử 75 khay trong suốt có cánh khóa	<p>I. Thông tin chung:</p> <p>Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>Kích thước tủ: 695x280x990mm</p> <p>Kích thước khay ngăn kéo: 192x98x45mm</p> <p>Chất liệu: Vỏ thép cán, Khay nhựa trong suốt.</p> <p>Số lượng khay ngăn kéo: Tủ có 75 ngăn khay nhựa kỹ thuật chống điện trong suốt.</p>	Cái	03
9	Bộ hàn cắt Oxy-Axetylen	<p>I. Thông tin chung:</p> <p>Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p>	Bộ	02

		<p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ hàn cắt bao gồm: + Đồng hồ Oxy và Axetylen + Béc hàn + Đầu nối béc hàn + Cuộn dây dẫn 		
10	Trạm hàn	<p>I. Thông tin chung: Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <ul style="list-style-type: none"> Máy hàn thiếc: 01 máy Giá đỡ tay hàn: 01 chiếc Tay hàn: 01 chiếc Mũi hàn: 01 bộ Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ <p>III. Đặc tính kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công suất tiêu thụ: 75W - Dải nhiệt độ làm việc: 200-450 độ C 	Chiếc	03
11	Máy hút thiếc	<p>I. Thông tin chung: Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Máy hút thiếc: 01 chiếc 2. Đầu hút (Ø1.2 mm trên súng, Ø1.5, Ø1.0mm): 03 đầu hút. 3. Cây làm sạch khoang hút (Ø 0.7, 0.9, 1.2 mm): 03 chiếc 4. Miếng lọc (Ø20.8 x 1, Ø16.8 x 3): 04 miếng 5. Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ <p>III. Đặc tính kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> Điện áp : AC 100 - 240V Công suất : 90W Nhiệt độ : 160 - 480°C 	Chiếc	04
12	Máy hiện sóng số	<p>I. Thông tin chung: Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100% Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p>	Chiếc	02

		<p>Máy chính: 01 máy</p> <p>Que đo: 2 chiếc</p> <p>Hướng dẫn sử dụng: 01 Bộ</p> <p>III. Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>Nguồn cấp: 100 - 240VAC, 50/60Hz</p> <p>Màn hình: 7 inch, TFT WVGA, 800×480</p> <p>Thời gian quét: 5ns/div ~ 100s/div</p> <p>Trigger: CH1, CH2, CH3, CH4, EXT</p> <p>Giao diện: USB 2.0</p> <p>Băng thông: 100 Mhz</p> <p>Số kênh: 2</p> <p>Độ phân giải: 8 bit : 1mV~10V/div</p> <p>Đầu vào: AC, DC, GND</p> <p>Trở kháng vào: 1MΩ, 16pF</p> <p>Độ chính xác DC: ±3%</p> <p>Điện áp đầu vào lớn nhất: 300Vpk</p>		
13	Xe nâng bán tự động	<p>I. Thông tin chung:</p> <p>Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 18 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <p>Máy chính: 01 máy</p> <p>III. Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>Tải trọng nâng tối đa: 2.000 kg</p> <p>Chiều cao nâng khoảng: 1.6 - 3.5m</p> <p>Ắc quy: 01 bộ</p> <p>Chiều rộng phủ bì càng nâng khoảng: 680mm</p> <p>Chiều dài càng nâng khoảng: 1000-1150mm</p>	Cái	01
14	Máy vặn vít dùng pin	<p>I. Thông tin chung:</p> <p>Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <p>Máy chính: 01 máy</p> <p>Hộp đựng: 01 chiếc</p> <p>Bộ dây sạc: 01 chiếc</p> <p>Đi kèm với những đầu vít + phụ kiện đầy đủ: 01 bộ</p>	Chiếc	07

15	Đồng hồ đo linh kiện dán	<p>I. Thông tin chung:</p> <p>Năm sản xuất: 2023 trở về sau, mới 100%</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</p> <p>Máy chính: 01 máy</p> <p>III. Đặc tính kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Điện trở: Phạm vi 300Ω/3KΩ/30KΩ/300K OHM, Độ chính xác ± 1.0% + 5d, Độ phân giải 0.1 OHM - Phạm vi (OHM): Độ chính xác 3M/30M: ± (2,0% + 5d) Độ phân giải: 0,1 OHM 	Cái	07
----	--------------------------	--	-----	----