

Số: /BVT - VTTBYT Lào Cai, ngày tháng 3 năm 2025  
V/v yêu cầu báo giá

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8), Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Nguyễn Danh Tâm - Phó Trưởng phòng Vật Tư - TBYT. Điện thoại: 0979.331.355.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. (đối với trường hợp gửi bưu điện, thời gian Bệnh viện nhận được báo giá phải trước thời hạn gửi báo giá) tại địa chỉ: Phòng Văn thư - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8), Phường Bình Minh, Thành phố Lào Cai.

- Đồng thời gửi báo giá qua địa chỉ Email: [nguyendanhtram@gmail.com](mailto:nguyendanhtram@gmail.com); [domanhbt@gmail.com](mailto:domanhbt@gmail.com).

**Nội dung:** Căn cứ yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai tại công văn số:...../BVT - VTTBYT ngày.....tháng.....năm.....Chúng tôi Công ty.....có địa chỉ:..... Xin gửi báo giá thiết bị file scan báo giá gồm cấu hình cơ bản, cấu hình chi tiết, tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật Catalog tiếng Anh + tiếng Việt, Datasheet tiếng Anh + tiếng Việt, file mềm báo giá bản word hoặc excel và các file tài liệu liên quan khác đính kèm.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày ký.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục thiết bị: (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành

thạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Đường Chiềng On (B8), Phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% hợp đồng sau khi hoàn thành công việc nghiệm thu, bàn giao.

5. Các thông tin khác (nếu có):

Hàng hóa mới 100% sản xuất năm 2024 trở đi

Đơn vị cung cấp báo giá thực hiện theo biểu mẫu đính kèm: *(Có biểu mẫu đính kèm)*.

Bảo hành tối thiểu 12 tháng.

Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế sau thời gian bảo hành trong thời gian ít nhất 8 năm sau bán hàng.

Bệnh viện xin thông báo để các đơn vị được biết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VTTBYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Văn Thịnh**

## Mẫu báo giá

**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế**

### BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

**Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan.

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(9)</sup> (VND)
1	Thiết bị A							
2	Thiết bị B							
n	...							

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan như Catalog tiếng Anh + tiếng Việt, Datasheet tiếng Anh + tiếng Việt của thiết bị y tế và các thiết bị phụ trợ khác. Các thiết bị phụ trợ khác yêu cầu chào có thông số kỹ thuật, model, hãng, nước sx)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và các chi phí liên quan khác theo quy định.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.....tháng.....năm.....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp<sup>(10)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

### **Ghi chú:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu ghi chú 10.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5),(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có).

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(10) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

## DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ

(Kèm theo văn bản chào giá số /BVT - VITBYT ngày /3/2025)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy tán sỏi ngoài cơ thể	<p><b>I. Thông tin chung:</b> Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương. Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz</p> <p><b>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Máy chính: 01 Hệ thống bao gồm phụ kiện tiêu chuẩn</li><li>Giường điều trị: 01 Bộ</li><li>Bộ điều khiển cạnh giường điều trị: 01 cái</li><li>Tủ điện + tích hợp hệ thống xử lý nước: 01 chiếc</li><li>Nguồn sóng xung kích đĩa từ: 01 Bộ</li><li>Hộp đựng dụng cụ: 01 chiếc</li><li>Gối: 01 chiếc</li><li>Kim định vị: 01 chiếc</li><li>Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</li></ol> <p><b>III. Thiết bị phụ trợ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hệ thống định vị bằng siêu âm: 01 bộ gồm:<ol style="list-style-type: none"><li>Máy siêu âm (Màn hình LCD tối thiểu 15 inch tích hợp đồng bộ): 01 Máy. Năm sx: 2024 trở về sau</li><li>Đầu dò siêu âm convex: 01 chiếc</li><li>Phụ kiện tiêu chuẩn đầy đủ: 01 bộ</li></ol></li></ol> <p><b>IV. Bộ vật tư:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Đĩa từ: 01 cái</li><li>Thấu kính: 01 cái</li><li>Thùng điện dung: 01 cái</li><li>Bóng nước: 03 cái</li></ol>	01	Chiếc
2	Máy chạy thận HDF online	<p><b>I. Thông tin chung:</b> Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100% Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).</p> <p>Máy chính xuất xứ tối thiểu một trong các nước sau: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Ý. Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng. Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz</p> <p><b>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</b></p>		

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<p>Máy thận nhân tạo kèm phụ kiện, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Máy chính: 01 máy.</li> <li>+ Bộ dây nối với dịch lọc A và B: 01 Bộ</li> <li>+ Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 Bộ</li> <li>+ Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 Bộ</li> <li>+ Giá đỡ quả lọc: 01 Bộ</li> <li>+ Cọc treo dịch: 01 Bộ</li> <li>+ Que hút hóa chất tẩy trùng: 01 Bộ</li> <li>+ Quả lọc dịch: 01 Quả</li> <li>+ Tay quay bơm máu khi mất điện: 01 Cái</li> <li>+ Ấc quy (pin) dự phòng: 01 Bộ</li> <li>+ Dây nguồn: 01 Bộ</li> <li>+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul>		
3	<b>Ống nội soi video khí phế quản</b>	<p><b>I. Thông tin chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau</li> <li>- Tương thích hoàn toàn với Hệ thống nội soi tiêu hoá của hãng Pentax/Nhật Bản, model: EPK-i5000 hiện có của đơn vị.</li> </ul> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng</p> <p><b>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dây ống soi: 01 bộ</li> <li>Chổi rửa: 02 chiếc</li> <li>Hộp đựng ống soi: 01 chiếc</li> </ul>	01	Bộ
4	<b>Ống nội soi dạ dày video</b>	<p><b>I. Thông tin chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau</li> <li>- Tương thích hoàn toàn với Hệ thống nội soi tiêu hoá của hãng FUJIFILM/Nhật Bản, model: VP-3500HD hiện có của đơn vị.</li> </ul> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p><b>II. Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Va li đựng dây soi: 01 Chiếc</li> <li>Miếng gắn miệng: 01 Chiếc</li> <li>Nắp van sinh thiết: 10 Chiếc</li> <li>Chổi rửa dài: 01 Chiếc</li> <li>Chổi rửa ngắn: 01 Chiếc</li> <li>Đầu nối thông khí: 01 Chiếc</li> <li>Bộ rửa kênh: 01 Bộ</li> <li>Kìm sinh thiết: 01 Chiếc</li> </ul>	01	Bộ

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
5	Ống nội soi đại tràng video	<p><b>I. Thông tin chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mới 100%, năm sản xuất 2024 trở về sau</li> <li>- Tương thích hoàn toàn với Hệ thống nội soi tiêu hoá của hãng FUJIFILM/Nhật Bản, model: VP-3500HD hiện có của đơn vị.</li> </ul> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p><b>II. Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Va li đựng dây soi: 01 Chiếc</li> <li>Nắp van sinh thiết: 10 Chiếc</li> <li>Chổi rửa dài: 01 Chiếc</li> <li>Chổi rửa ngắn: 01 Chiếc</li> <li>Đầu nối thông khí: 01 Chiếc</li> <li>Bộ rửa kênh: 01 Bộ</li> <li>Kìm sinh thiết: 01 Chiếc</li> </ul>	01	Bộ
6	Máy hấp tiệt trùng (dung tích tối thiểu 23 lít)	<p><b>I. Thông tin chung:</b></p> <p>Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100%</p> <p>Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu).</p> <p>Máy chính xuất xứ tối thiểu một trong các nước sau: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Ý.</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p><b>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thân máy: 01 cái</li> <li>2. Khay đựng: 01 cái</li> <li>3. Rack: 01 cái</li> <li>4. Giẻ bọt biển: 01 cái</li> <li>5. Ống cấp nước: 01 cái</li> <li>6. Ống xả: 01 cái</li> <li>7. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</li> </ol>	01	Cái
7	Máy điện di mao quản tự động	<p><b>I. Thông tin chung:</b></p> <p>Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100%</p> <p>Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu)</p> <p>Máy chính xuất xứ tối thiểu một trong các nước sau: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Ý.</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p>	01	Chiếc

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<p>Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz</p> <p><b>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</b></p> <p>1. Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ</p> <p>- Công suất: Tối thiểu 20 xét nghiệm/giờ: điện di protein huyết thanh và nước tiểu; Tối thiểu 8 xét nghiệm/giờ: điện di HbA1c và Hemoglobin; Tối thiểu 10 xét nghiệm/giờ (CDT &amp; CDTIFCC).</p> <p>2. Bộ hóa chất chạy test máy ban đầu: 01 bộ</p> <p>3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh + Tiếng Việt: 01 bộ</p> <p><b>III. Thiết bị phụ trợ:</b></p> <p>1. Bộ máy tính: 01 bộ</p> <p>2. Máy in: 01 bộ</p> <p>3. Bộ UPS tối thiểu 2KVA: 01 bộ</p>		
8	Máy X-Quang răng	<p><b>I. Thông tin chung:</b></p> <p>Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100%</p> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz</p> <p><b>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</b></p> <p>Máy chính: 01 chiếc</p> <p>Dây nguồn: 01 chiếc</p> <p>Bộ máy tính: 01 chiếc</p> <p>Hướng dẫn sử dụng Anh, Việt: 01 bộ</p>	01	Chiếc
9	Máy bơm tê điều trị suy tĩnh mạch	<p><b>I. Thông tin chung:</b></p> <p>Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100%</p> <p>Đạt chứng chỉ chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.</p> <p>Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>Nguồn điện: 100/115/230VAC, 50-60 Hz</p> <p><b>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</b></p> <p>Máy chính: 01 máy</p> <p>Giá đỡ chai: 01 chiếc</p> <p>Công tắc đạp chân điều khiển: 01 chiếc</p> <p><b>III. Đặc tính kỹ thuật:</b></p> <p>Công suất ra tối đa: 40 VA</p>	01	Chiếc

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		Tốc độ dòng làm mát: 1-17 lít/giờ Áp lực tối đa: 1.5 bar		
10	<b>Máy ly tâm</b> ( <i>Máy ly tâm chuyên tách huyết tương giàu tiểu cầu</i> )	<p><b>I. Thông tin chung:</b></p> <p>Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100%</p> <p>Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485, FDA (Mỹ) hoặc CE (Châu Âu)</p> <p>Máy chính xuất xứ tối thiểu một trong các nước sau: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Ý. Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz</p> <p><b>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</b></p> <p>Máy chính: 01 máy Ống cân bằng (balance Tube): 01 chiếc Ống và nắp chứa kit: 06 bộ Giá đỡ kit: 01 chiếc Cáp nguồn: 01 chiếc</p>	01	Máy
11	<b>Máy ly tâm</b>	<p><b>I. Thông tin chung:</b></p> <p>Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100%</p> <p>Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương.</p> <p>Máy chính xuất xứ tối thiểu một trong các nước sau: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Ý. Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz</p> <p><b>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</b></p> <p>Máy chính: 01 máy Roto văng: 01 cái Bucket 24 ống x 10ml: 01 bộ Dây nguồn: 01 chiếc Sách hướng dẫn sử dụng: 01 chiếc</p>	01	Máy
12	<b>Kính hiển vi</b>	<p><b>I. Thông tin chung:</b></p> <p>Năm sản xuất: 2024 trở về sau, mới 100%</p> <p>Máy chính đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương.</p> <p>Máy chính xuất xứ tối thiểu một trong các nước sau: Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Canada, Ý. Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng.</p> <p>Nguồn điện: 220-240VAC, 50-60 Hz</p> <p><b>II. Cấu hình tiêu chuẩn:</b></p> <p>- Thân máy chính: 01 chiếc</p>	03	Chiếc

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu lắp thị kính: 01 bộ</li> <li>- Thị kính 10X/20mm: 02 chiếc</li> <li>- Vật kính 4X, 10X, 40X, 100X: 04 chiếc</li> <li>- Mâm lắp vật kính: 01 chiếc</li> <li>- Bóng đèn LED: 01 chiếc</li> <li>- Bao che bụi: 01 chiếc</li> <li>- Dầu soi: 01 lọ</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ</li> </ul>		

### BẢNG CHÀO THÔNG SỐ KỸ THUẬT

TT	Nội dung yêu cầu của Báo giá	Nội dung báo giá	Tài liệu tham chiếu
1	Máy ..... Số lượng: .....	Máy: ..... Số lượng: ..... Model: ..... Hãng sản xuất: ..... Xuất xứ: ..... Hãng chủ sở hữu: (hãng/nước): .....	Đơn vị kê khai đầy đủ các thông tin yêu cầu.
I	Yêu cầu chung	Yêu cầu chung	
			Đơn vị chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu.
II	Cấu hình tiêu chuẩn	Cấu hình tiêu chuẩn	
			Đơn vị chào thầu đủ nội dung theo yêu cầu.
III	Đặc tính kỹ thuật	Đặc tính kỹ thuật	

<b>TT</b>	<b>Nội dung yêu cầu của Báo giá</b>	<b>Nội dung báo giá</b>	<b>Tài liệu tham chiếu</b>
			Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa của từng nội dung yêu cầu kỹ thuật.